



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



ALE.0705.21.2018

Lubliniec, dnia 20.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im.dr. Emila Cyrana w Lublińcu, przedstawia urządzenia które są przeznaczone do zbycia, zgodnie z „Zasadami zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” :

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr zewnętrzny	Cena (zł)	ilość
1	kocioł warzelny zasilany energią poj.200 l.	T-5/578/12	1.300,00	0
2	kocioł warzelny zasilany energią 200 l.	T-5/578/13	1.300,00	0
3	kocioł warzelny zasilany energią 200 l.	T-5/578/14	1.300,00	0
4	kocioł warzelny zasilany energią poj.60 l.	T-5/578/15	420,00	0
5	kocioł warzelny zasilany energią 2x60 l.	T-5/578/16	840,00	0
6	szafa mroźnicza 1 drzwiowa z agregatem	T-4/486/3	400,00	0
7	szafa mroźnicza 1 drzwiowa z agregatem	T-4/486/4	400,00	0
8	zmywarka tunelowa taśmowa	T-5/578/34	5.700,00	0
9	zmywarka kapturowa do mycia termosów	T-5/578/35	940,00	0
10	zmywarka kapturowa do mycia termosów	T-5/578/36	940,00	0
11	płuczko-obieraczka dwukomorowa	T-5/578/37	220,00	0
12	Defibrylator Deficard	T-8/802/17	480,00	
13	Defibrylator DEFI CARD COMBI II	T-8/802/1	570,00	
14	Analizator hematologiczny ABX Micros 60 OTB 18p	T-8/801/24	470,00	

Urządzenia od poz. 1 do 11 zostały zakupione w 2001 roku. Są mocno wyeksploatowane i nie nadają się do dalszego użytku. Kotły posiadają skorodowane płaszcze wodne. Zmywarki mają uszkodzone taśmy, uszkodzony napęd oraz tunel. Defibrylator z poz.12 jest przestarzały i nie ma na nim możliwości monitorowania rytmów serca, bez których wskazania defibrylatora są niekompletne. Defibrylator z poz. 13 jest przestarzały konstrukcyjnie, posiada uszkodzoną płytę główną elektroniki, część napięć impulsowych nie odpowiada wymogom producenta, pojawiają się przerwy w przejściach obwodów drukowanych. Analizator z poz. 14 jest bardzo awaryjny i obecnie nie jest używany, bowiem serwis nie posiada części zamiennych.

Oferty cenowe na ww. aparat należy składać w sekretariacie Szpitala, do dnia 24.07.2018 r. lub e-mailem na adres dle@gazeta.pl. Dodatkowych informacji udziela Dział Logistyczno – Eksploatacyjny, nr tel. 34 353 28 31.

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
w Lublińcu