



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrańskiego
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlp.pl
www.wsnlp.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Lubliniec, dnia 03.12.2018 r.

AZP.382.12.2018

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy części 4 - szafki

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wysuwaną półką do karmienia wykonaną w całości z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 3 - łóżka

Pytanie 2: Czy Zamawiający z uwagi na przeznaczenie łóżek, wymaga klina przeznaczonego do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta na łóżku. Klin o wymiarach min. 70x25x15 cm wypełniony w 50% włóknami poliestrowymi i w 50% pianką. Klin wyposażony w pokrowiec zewnętrzny, higieniczny, paroprzepuszczalny, zmywalny, odporny na uszkodzenia, zabezpieczający przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wnętrza, zdejmowany, zapinany na suwak, przeznaczony do czyszczenia powierzchniowego za pomocą detergentów i środków dezynfekcyjnych, w tym środków na bazie alkoholu oraz aktywnego tlenu (jak Perform lub Virkon), oraz do prania mechanicznego w temp. 95 st. C z dodatkiem chloru w stężeniu <1% i suszenia w temp. 100 st. C, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia. Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EEC oraz spełniający normę ISO 12952 (ocena zapalności), EN ISO 10993-1:2009 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych), EN 14126 (Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi) - z załączeniem potwierdzeń oraz certyfikatów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy części 5 - pasy

Pytanie 3: Prosimy o dopuszczenie pasów wykonanych ognioodpornych z poliestrowych pasków wzmocnionych wewnętrznie, wyposażone w nierdzewne oczka ze stali nierdzewnej, miętko wyściełane wnętrze pasów, zapięcie na rzep i zamek magnetyczny, możliwość prania w 90°C

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasów do unieruchomienia ramion obwód: 70-126 cm lub 109 – 165 cm, pasujących do szerokości łóżka w zakresie 80-100 cm, składających się z uprząży na ramiona, pasa mocującego do łóżka, pasa do regulacji, 4 zamków magnetycznych i jednego klucza magnetycznego.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pasów na nadgarstki , obwód rąk: 14-25 cm, składających się z dwóch pasów na ręce, mocowanych po dwóch stronach łóżka, 4 zamków magnetycznych i jednego klucza magnetycznego

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pasów na nadgarstki , obwód kostek: 18-28 cm, lub 28-34 cm, składających się z pasa na łóżko z wszytymi uchwytemi na kostki, 4 zamków magnetycznych i jednego klucza magnetycznego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Małgorzata Witkowska