



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr Emila Cyrana
w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
wsnlc@gazeta.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Lubliniec, dnia 12.05.2016

Nr sprawy: DZP.382.04.2016

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa sprzętu, wyposażenia i wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy część 8 pasy magnetyczne

Pytanie 1: W jakich ilościach Zamawiający życzy sobie kompletów pasów w rozmiarze S, M i L?

Odpowiedź: Ilości pasów: S – 1 szt., M – 5 szt., L – 4 szt. Zamawiający, dostosowując podział produktu na rozmiary, zmienia opis w załączniku nr 1.8 (w załączeniu).

Pytanie 2: Czy Zamawiający życzy sobie jeden pas do rąk do którego są wszyte mankiety/pasy na nadgarstki, czy też pas na każdy nadgarstek osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego pasa do rąk, do którego są wszyte mankiety/pasy na nadgarstki.

Pytanie 3: Czy Zamawiający życzy sobie jeden pas do nóg do którego są wszyte mankiety/pasy do nóg, czy też pas na każdą nogę osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego pasa do nóg, do którego są wszyte mankiety/pasy do nóg.

Dotyczy część 10 – wyposażenie medyczne

Pytanie 4: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o przekroju 2 x 3 cm zapewniającej wysoką wytrzymałość?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytami HPL o grubości 66 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne z możliwością montażu w różnych rodzajach łóżek w tulejach umiejscowionych pod leże, blokowane bezpiecznie za pomocą systemu dociskowego, bez konieczności dokręcania specjalizowanym kluczem,

z funkcją szybkiego demontażu poręczy bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: poz. 2 – Łóżko szpitalne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o przekroju 2 x 3 cm zapewniającej wysoką wytrzymałość?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: poz. 2 – Łóżko szpitalne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytami HPL o grubości 66 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: poz. 4 – Szafka przyłóżkowa – 100 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 84 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: poz. 4 – Szafka przyłóżkowa – 100 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 40 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11: poz. 4 – Szafka przyłóżkowa – 100 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą zewnętrzną gwarantującą wytrzymałość oraz stabilność łóżka wykonaną z profili 4x4 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą zewnętrzną gwarantującą wytrzymałość oraz stabilność łóżka wykonaną z profili 4x4 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14: poz. 3 - Prosimy o wyjaśnienie czy przez pojęcie parawan dwuczęściowy Zamawiający rozumie parawan składający się z dwóch części – każda o szerokości 90-100 cm?

Odpowiedź: Tak, każda część o szerokości 90-100 cm.

Pytanie 15: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej bez zamontowanych poręczy bocznych 890 mm, a wraz z zamontowanymi poręczami 970 mm, co jest zgodne z obowiązującą normą EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16: poz. 2 – Łóżko szpitalne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej bez zamontowanych poręczy bocznych 890 mm, a wraz z zamontowanymi poręczami 970 mm, co jest zgodne z obowiązującą normą EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi lamelami, lakierowanymi proszkowo, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18: poz. 2 – Łóżko szpitalne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi lamelami, lakierowanymi proszkowo, z

krawędziami zaokrąglonymi do dołu, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręczne boczne z możliwością montażu w różnych rodzajach łóżek za pomocą uchwytu montowanego od spodu ramy leża, blokowanego bezpiecznie i z funkcją szybkiego demontażu za pomocą specjalizowanego klucza?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20: poz. 1 – Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o przekroju 4 x 3 cm zapewniającej wysoką wytrzymałość?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21: poz. 2 – Łóżko szpitalne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o przekroju 4 x 3 cm

Odpowiedź: Tak.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr Emila Cyrana
dr Henryk Kromolowski