



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu

Lubliniec, dnia 23.05.2017

Nr sprawy: DZP.382.04.2017

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, wyposażenia i sprzętu medycznego”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

dotyczy części 11

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości pasów z możliwością prania w temperaturze 90°C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych:

- tlenek etylenu
- nasycona para, 120°, w krótkim cyklu (20 min)
- promieniowanie gamma

spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pasy.

dotyczy części 6

Pytanie 11: *Dotyczy Załącznika nr 1.6 Kalkulacja cenowa:* Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej netto za opakowanie, a jednostką miary są sztuki, czy należy dodać do formularza cenowego kolumnę „ilość opakowań”, aby Zamawiający mógł sprawdzić poprawność wyliczeń?

Czy może nastąpiła omyłka pisarska i należy podać ceny jednostkowe netto za sztukę, a nie za opakowanie, zgodnie z podaną jednostką miary?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zał. nr 1.6 nastąpiła omyłka pisarska i należy podać ceny jednostkowe netto za sztukę, a nie za opakowanie, zgodnie z podaną jednostką miary.

Ponadto zamawiający poprawia taką samą omyłkę pisarską w innych kalkulacjach cenowych, tj. w załącznikach numery: 1.5, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13 i 1.14. W załączeniu poprawione załączniki.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
dr Henryk Kromolowski

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
wsnlc@gazeta.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

