Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

TÜV NORD
Polska
PN-EN ISO 9001

Lubliniec, dnia 11.07.2017

Nr sprawy: DZP.382.06.2017

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Dostawa sprzętu medycznego i łóżek szpitalnych”.**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

dotyczy części 2 Łóżka szpitalne 3 i 6 szt.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 3 x 4 cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 500 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką metalową o wymiarach oczek 50 x 50 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga łóżko z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe, z regulacją oparcia pleców i stałą, niepodnoszoną częścią nóg?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą wzmocnioną poprzeczkami łączącymi nogi, przesuniętymi do wewnątrz, niewystającymi poza obrys ramy łóżka?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści łóżko z niewyjmowanym wypełnieniem szczytów łóżka?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 5 x 4 cm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 500 mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia pleców za pomocą mechanizmu śrubowego?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia nóg za pomocą mechanizmu śrubowego?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia pleców w zakresie od 0 do 60°?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramkami segmentów leża wykonanymi z prostokątnych rur?
Odpowiedź: Tak.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
dr Henryk Kromołowski