



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Lubliniec, dnia 03.12.2018 r.

AZP.382.12.2018

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy części 3 - łóżka

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową kratką (siatką)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją wykonaną z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami z obudową tworzywową, co nie wpływa na funkcjonalność kół?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża na wysokości 550 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od momenty podpisania umowy/złożenia zlecenia?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy części 4 - szafki

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym (półką) składaną do boku szafki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wykonaną z ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo, z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z jednym relingiem z uchwytem na ręczniki oraz dwoma listwami w kształcie litery C, zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów z szafki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez przesuwnej półki wewnątrz zamkniętego drzwiczkami kontenera?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez miejsca na butelki wewnątrz zamkniętego drzwiczkami kontenera?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 810 mm, głębokości 430 mm, szerokości 430 mm (szerokość ze złożonym blatem bocznym 620 mm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy/złożenia zlecenia?

Odpowiedź: Tak.

Uwaga!

Zamawiający poprawia odpowiedź z dnia 29 listopada 2018 na pytanie nr 9:

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową, której fronty szuflad i blaty z relingami zabezpieczającymi przed spadaniem przedmiotów wykonane są z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Tak.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Małgorzata Witkowska