Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Śląskie.

Jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001
ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 29.09.2020

AZP.382.12.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II”**.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Części 4 - Maska medyczna:

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej, trójwarstwowej mocowanej na troki, może być stosowana na Bloku Operacyjnym lub w innych obszarach jednostek ochrony zdrowia. Trójwarstwowa budowa gwarantuje skuteczną ochronę przed dostępem drobnoustrojów. W górnej krawędzi wmontowany sztywnik dla dobrego dopasowania do kształtu nosa. Przeznaczona do ograniczania emisji aerozolu, jak również zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w odległościach mniejszych niż wynikające z wymagań izolacyjnych. Produkt wykonany z wytrzymałej i bezpiecznej dla alergików włókniny polipropylenowej. Materiał maski i troków mocujących nie powoduje podrażnień i jest bezwonny. Trójwarstwowa budowa gwarantuje skuteczną ochronę przed dostępem drobnoustrojów. W górnej krawędzi wmontowany sztywnik dla dobrego dopasowania do kształtu nosa. Wymiary: 9,5 cm x 17 cm / Nosek: dł. 10 cm, Ø 0,6 cm / Troki 0,5 x 40 cm. 3-warstwowa: zewnętrzna włóknina polipropylenowa, środkowa warstwa filtracyjna (melblown), wewnętrzna włóknina polipropylenowa, pętle gumowe, usztywnienie drut stalowy w otulinie PE. Filtracja bakteryjna: BFE > 98% Maska medyczna Typ II wg PN-EN 14683+AC:2019-09. Zgodność z normami: PN-EN 14683+AC:2019-09 / PN-EN 1041+A1:2013.12, PN-EN 15223-1 / PN-EN ISO 14971:2012.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Dotyczy Części 5 – Rękawice lateksowe:

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych, niesterylnych o grubości na mankiecie min. 0,05 mm. Poziom

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Śląskie.

Jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001
ISOCERT CERTYFIKAT

AQL 1,0. Pozbawione dodatków chemicznych – MBT. ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone raportem z badań metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pozostałość zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy Części 6 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe 1, poz. 1-2:

Pytanie 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji – etanolu i izopropanolu – potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy Części 7 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe 2, poz. 1:

Pytanie 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL=1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta norm zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Formularzach asortymentowo-cenowych - załączniki nr 1.4 i 1.5 wersja papierowa. W części 4 i części 5 w kolumnie nr 3 (j.m.) zamiast **szt.** powinno być **op.** W załączeniu poprawione załączniki.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana

Beata Musialik