

Ogłoszenie nr 540558288-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Lubliniec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770469-N-2020

Data: 22/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, Krajowy numer identyfikacyjny 00029278700000, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3532800; 34 3532810, e-mail sekretariat@wsnlc.pl, faks 34 3562880.

Adres strony internetowej (url): www.wsnlc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania: „Poprawa ergonomii warunków pracy” - projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania od nr 1 do nr 5).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania: „Poprawa ergonomii warunków pracy” - projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”. Zadanie nr 1: Wózek do transportu bielizny – 12 szt. Zadanie nr 2: Lampa

bakteriobójcza, przepływowa – 7 szt. Zadanie nr 3: Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów – 2 szt. Zadanie nr 4: Łatwoślizg – 8 szt. Zadanie nr 5: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 14 szt. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania – Zadanie od nr 1 do nr 5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania od nr 1 do nr 5). W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, przez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wymaganego oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. Ponadto tam gdzie w SIWZ został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętów równoważnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę elementów/typów sprzętów równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ jako przykład, pod warunkiem, że zaproponowane elementy/typy sprzętów będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez Zamawiającego. W przypadku oferowania elementów/typów sprzętów równoważnych w stosunku do określonych w SIWZ, Wykonawca musi załączyć do oferty odrębny wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności, w szczególności poprzez przedstawienie katalogów producentów oferowanych sprzętów. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru (odpowiednio dla każdego zadania od nr 1 do nr 5) przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 3. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Użytkownikami sprzętu będącego przedmiotem zamówienia będą również osoby niepełnosprawne. 4. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: do Wojewódzkiego Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu. 5. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik do 4 do SIWZ (Zadanie od nr 1 do nr 5). 6. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, w ramach projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 2) Opis Techniczny wraz z kalkulacją ceny - Załączniki nr 3a – 3e (odpowiednio dla każdego zadania). 3)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 2) Opis Techniczny wraz z kalkulacją ceny - Załączniki nr 3a – 3e (odpowiednio dla każdego zadania). 3)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 5) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których wyżej mowa Wykonawcy złożą, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** IV**Punkt:** 5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wg zasad i na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania nieistotnych zmian postanowień Umowy zgodnie z art. 144 Pzp. W szczególności za nieistotne, dopuszczalne zmiany Strony uznają: 1) Zmianę osób upoważnionych do odbioru, kontaktu; koordynatorów odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy; 2) Zmianę danych teleadresowych; 3) Zmianę numeru katalogowego Wyposażenia, nazewnictwa Wyposażenia, o ile dostarczane Wyposażenie jest takim samym Wyposażeniem, które zostało zaoferowane Zamawiającemu; 4) Wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i które zaistniały z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania innych zmian postanowień Umowy niż opisane w ust. 1 w następujących okolicznościach: 1) w przypadku wycofania z produkcji Wyposażenia po terminie złożenia oferty Zamawiającemu poprzez zastąpienie go innym Wyposażeniem o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotne Wyposażenie; 2) w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności zakłóceń w transporcie Wyposażenia do Zamawiającego, poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy o ilość dni, podczas których zachodziły przeszkody dla działania Wykonawcy w celu wykonania Umowy; 3) w przypadku braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie) poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy o ilość dni, podczas których zachodziły przeszkody dla działania Wykonawcy w celu wykonania Umowy. 3. Zmiany określone w ust. 1 w punktach 1-3 nie wymagają zawarcia aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony pod rygorem nieważności. 4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: część 1

W ogłoszeniu jest: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Wózek do transportu bielizny Ilość 12 szt. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szafka zabudowana z drzwiami wyposażonymi w ergonomiczny uchwyt aluminiowy anodowany lub lakierowany wg palety RAL – min. 15 kolorów do wyboru. Szafka wyposażona w zamek. Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (min. 10 kolorów do wyboru) oraz złączek. Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty. Kolor płyty meblowej – min. 15 kolorów do wyboru. Błat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem wykonanym ze stali kwasoodpornej gat. min. 0N18H9, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia. Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (min. 10 kolorów do wyboru), podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu. Podstawa wózka wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu. Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik. Wózek wyposażony w dwie obręcze na odpady. Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie. Wymiary szafki wraz z bandami: -długość: 550 mm (+/- 20 mm) -szerokość: 530 mm (+/- 20 mm) -wysokość: 685 mm (+/- 20 mm) Wysokość użytkowa szafki: 3x218 mm (+/- 5 mm) Wymiary półki: -długość: 490 mm (+/- 20 mm) -szerokość: 485 mm (+/- 20 mm) Wymiary całkowite wózka: -długość: 1050 mm (+/- 20 mm)

-szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) -wysokość 1080 mm (+/- 20 mm) Wymiary blatu
górnego: -długość 490 mm (+/- 5mm) -szerokość 485 mm (+/- 5 mm) Maksymalna
waga sprzętu - do 40 kg Wyprodukowany zgodnie z standardami zawartymi w
normach: - PN-EN ISO 13485 lub równoważnej; - PN-EN ISO 9001 lub
równoważnej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 2

W ogłoszeniu jest: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Lampa bakteriobójcza, przepływowa - Ilość 7 szt.

Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2020 Minimalny (wymagany) okres
gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
Obudowa powinna być wykonana z blachy kwasoodpornej, a lampa umieszczona na
przejezdny statywie. Promienniki wewnętrzne powinny dezaktywować wirusy,
grzyby, pleśń, bakterie i inne drobnoustroje w powietrzu, które przepływa przez
komorę lampy. Promiennik zewnętrzny winien pracować, gdy w pomieszczeniu nie
ma personelu i pacjentów. Promiennik zewnętrzny winien być obudowany siatką
zabezpieczającą przed przypadkowym uszkodzeniem. PARAMETRY

TECHNICZNE: -napięcie zasilania: 230 V 50 Hz -pobór mocy nie większy niż: 145

W -wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 2x55W

-zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 1x55W -trwałość
promiennika: min. 8000 h -wydajność wentylatora: min. 199 m³/h -dezynfekowana
kubatura: min. 45 m³/h -zasięg działania lampy: min. 18 m² -klasa zabezpieczenia
przeciw porażeniowego min. klasa I (pierwsza) -typ obudowy: min. IP 20 -wymiary
kopuły: 1125 x 285 x 130 mm (+/- 20 mm) -wymiary: 600 x 1270 x 600 mm (+/- 20
mm) -Masa: min. 13 kg max. 14,5 kg

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 3

W ogłoszeniu jest: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia

pacjentów - Ilość 2 szt. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Dopuszczalne maksymalne obciążenia min. 150 kg. Sterowanie podnośnikiem za pomocą przewodowego pilota. Konstrukcja podnośnika powinna umożliwiać łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania narzędzi. Podnośnik powinien być wyposażony w kółka z blokadą. Rama jezdna umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik powinien być wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem powinna być wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę (szybkoschnącego). Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka, również z pozycji podłogi. Wymiary: -najniższa pozycja ramienia 720 mm (+/-50 mm) -najwyższa pozycja ramienia 1750 mm (+/- 50mm) -długość podstawy 1120 mm (+/-50 mm) -minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy 460 mm (+/-20 mm) -maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy 830 mm (+/-20 mm) -wysokość podstawy 110 mm (+/- 20 mm) Waga podnośnika min. 37 kg max. 39 kg Akumulator podnośnika powinien pozwalać na 40 podniesień na jednym pełnym naładowaniu. Podnośnik wyposażony w nosidło z zagłówkiem wykonane z siatki poliestrowej przeznaczone do kąpieli

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 4

W ogłoszeniu jest: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Łatwoślizg - Ilość 8 szt. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Łatwoślizg o wysokiej wytrzymałości technicznej, wysokich właściwościach ślizgowych i niskich właściwościach tarcia. Łatwoślizg do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, Łatwoślizg taśmowy, z uchwytami Wymiary: 200x90 cm (+/- 5 cm) Materiał: 100% poliamidu Do przenoszenia pacjentów o wadze do 120 kg Łatwoślizg z możliwością prania WYPOSAŻENIE do każdego łatwoślizgu: Pas do podnoszenia, przemieszczania pacjenta o wymiarach 87x16 cm (+/-2 cm),

posiadający uchwyty z obu stron, wzmocniony wewnątrz, możliwość prania w 40°C - 1 szt. Pas pomocniczy, elastyczny do mobilizacji pacjenta, o wymiarach: 60 x 20 cm (+/- 2 cm), wewnątrz wykonane w 100% z PES, pas powinien posiadać uchwyty z obu stron, wzmocniony wewnątrz, z możliwością prania w 40°C - 1 szt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 5

W ogłoszeniu jest: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - Ilość 14 szt. Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2020. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szkielet szafki wykonany z profili stalowych. Korpusy szafki, szuflady, boki nośne powinny być wykonane z blachy lakierowanej proszkowo. Boki szafki powinny być zabudowane osłonami z tworzywa ABS. Konstrukcja szafki powinna składać się z szuflady, półki na poręczne przedmioty, szafki z drzwiczkami, półki na obuwie powinny być wykonane w tworzywa ABS. Korpus szafki zamontowany na postawie z systemem jezdny wyposażonym w cztery podwójne koła w tym dwa blokowane oraz dodatkowo jedno koło podporowe zintegrowane z blatem bocznym, które zapewnia stabilność szafki. Szafka powinna być wyposażona w blat boczny, zamontowany do prawego lub lewego boku poprzez możliwości łatwego przełożenia systemu(blatu) na dowolny bok szafki bez użycia narzędzi. Złożenie blatu do boku szafki i jego rozłożenia do poziomu (do pozycji używania) powinno być realizowane jednym przyciskiem. Zakres regulacji wysokości bezstopniowy. Blat boczny powinien posiadać funkcje regulacji kąta pochylenia w kilku zakresach. Blat szafki, półka systemu blatu bocznego powinny być wykonane z płyty HPL; odporna na działanie wody, wysokiej temperatury, działanie środków chemicznych oraz promieni UV. Blat główny szafki powinien być osłonięty tworzywem w celu łatwiejszego utrzymania w czystości, półka systemu blatu bocznego powinna być wyposażona w ograniczniki, które zabezpieczają przedmioty przed zsunięciem. Fronty

szuflady oraz drzwi wykonane z płyty HPL; odporna na działanie wody, wysokiej temperatury, działanie środków chemicznych oraz promieni UV. Szuflada powinna być zamontowana na prowadnicach rolkowych. Wnętrze szuflady powinno być wypełnione wkładem z tworzywa ABS. Przestrzeń pomiędzy szufladą a szafką powinna stanowić półkę na prasę i podręczne przedmioty. Pod zabudową szafki powinna być zamontowana półka na obuwie wykonana z tworzywa ABS. Wymiary: -szerokość szafki (bez blatu bocznego) 510 mm (+/-20 mm) -szerokość szafki ze złożonym blatem bocznym 610 mm (+/-20 mm) -szerokość szafki z rozłożonym blatem bocznym 1 220 mm (+/-20 mm) -głębokość szafki 430 mm (+/-20 mm) -wysokość szafki (bez blatu bocznego) 880 mm (+/-20 mm) -zakres regulacja wysokości blatu bocznego od min. 700mm do max. 1050 mm -możliwością regulacji kąta pochylenia blatu bocznego o 30° lub 60° -dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg -dopuszczalne obciążenie szuflady min. 5 kg -średnica kół jezdnych min. Ø 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 10:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 10:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji III.3) Zamawiający zaznaczył, że wymaga złożenia: Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednakże Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i nie wymaga w

tym zakresie złożenia oświadczenia. Powyższe (brak podziału na dwa oświadczenia) narzuca formularz ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 48
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Artura Kostka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: - pod adresem poczty elektronicznej: ido@wsnlc.pl - pisemnie na adres siedziby Administratora;

Szczegóły dotyczące RODO znajdują się.