

Ogłoszenie nr 540397032-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.

Lubliniec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770469-N-2020

Data: 22/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu,
Krajowy numer identyfikacyjny 00029278700000, ul. Grunwaldzka 48,
42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3532800; 34 3532810,
e-mail sekretariat@wsnlc.pl, faks 34 3562880.

Adres strony internetowej (url): www.wsnlc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 10:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 3

W ogłoszeniu jest: Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020.

Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Dopuszczalne maksymalne obciążenia min. 150 kg. Sterowanie podnośnikiem za pomocą przewodowego pilota. Konstrukcja podnośnika powinna umożliwiać łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania narzędzi. Podnośnik powinien być wyposażony w kółka z blokadą. Rama jezdna umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik powinien być wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem powinna być wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę (szybkoschnącego).

Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka, również z pozycji podłogi. Wymiary: -najniższa pozycja ramienia 720 mm (+/-50 mm) -najwyższa pozycja ramienia 1750 mm (+/- 50mm) -długość podstawy 1120 mm (+/-50 mm) -minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy 460 mm (+/-20 mm) -maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy 830 mm (+/-20 mm) -wysokość podstawy 110 mm (+/- 20 mm) Waga podnośnika min. 37 kg max. 39 kg Akumulator podnośnika powinien pozwalać na 40 podniesień na jednym pełnym

naładowaniu. Podnośnik wyposażony w nosidło z zagłówkiem wykonane z siatki poliestrowej przeznaczone do kąpieli

W ogłoszeniu powinno być: Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Dopuszczalne maksymalne obciążenia min. 150 kg. Sterowanie podnośnikiem za pomocą przewodowego pilota. Konstrukcja podnośnika powinna umożliwiać łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania narzędzi. Podnośnik powinien być wyposażony w kółka z blokadą. Rama jezdna umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.

Podnośnik powinien być wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem powinna być wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę (szybkoschnącego). Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka, również z pozycji podłogi. Wymiary: -najniższa pozycja ramienia min. 600 mm, max 770 mm -najwyższa pozycja ramienia min.1700 mm, max 1810 mm -długość podstawy min.1070 mm, max 1190 mm -minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy min. 440 mm, max 650 mm -maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy min. 810 mm, max 1090 mm -wysokość podstawy min. 85 mm, max 150 mm Waga podnośnika min. 37 kg max. 42 kg Akumulator podnośnika powinien pozwalać na 40 podniesień na jednym pełnym naładowaniu.

Podnośnik wyposażony w nosidło z zagłówkiem wykonane z siatki poliestrowej przeznaczone do kąpieli