



Lubliniec, dnia 14.01.2020 r.

AZP.382.21.2020

Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa urządzeń w ramach zadania: »Poprawa ergonomii warunków pracy«”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy zadania nr 1: Macerator do pieluch

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych, wadze 83kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści szybsze urządzenie posiadające czas trwania cyklu 96 sekund? Usprawnia to proces i umożliwia macerację większej ilości pieluch w określonym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyświetlacza LED dopuszczając macerator wyposażony w diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie środka dezynfekcyjnego/dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego, jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy, może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwiają bezawaryjne, ręczne zamykanie pokryw, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy opisu umowy (Załącznik nr 4):

Pytanie 10: Czy zamawiający dopuści modyfikację par. 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy na następujący: "za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Czy zamawiający dopuści modyfikację par. 11 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy na następujący: "za przekroczenie określonego w niniejszej Umowie czasu naprawy wad lub usterek w wysokości 0,1% reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: Czy zamawiający dopuści modyfikację par. 11 ust. 1 pkt 3





Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



wzoru umowy na następujący: "za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 2: Maszyna myjąco-szorująca

Pytanie 12: Mając na uwadze, iż podstawowa gwarancja producenta wynosi 24 miesiące, przy uwzględnieniu, iż gwarancja na baterie oraz silnik do urządzenia wynosi 12 miesięcy, prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia posiadającego taki zakres i długość gwarancji, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 oraz w zakresie wzoru umowy, poprzez wprowadzenie zmian w Załącznikach do SIWZ:

- 1) Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (par. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i 3);
- 2) Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 (poz. 1 w tabeli);
- 3) Załącznik nr 3a do Formularza oferty – Opis techniczny wraz z kalkulacją ceny.

W załączeniu poprawione załączniki do SIWZ (zmiany zaznaczono na czerwono).

W zawiązku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający zmienia **termin składania ofert** z dnia 26.01.2021 godz. 10:30 na **28.01.2021** godz. 10:30 oraz **termin otwarcia ofert** z dnia 26.01.2021 godz. 11:00 na **28.01.2021** godz. 11:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Beata Musialik

