



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 10.06.2021 r.

AZP.250.01.09.2021

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku**”.

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Części 2:

Pytanie 1 (poz. 1, 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z całą elastyczną komorą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 2 (poz. 1, 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez miejsca na kolec i drenu do podwieszania ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 3 (poz. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez nr katalogowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 4 (poz. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez skuteczności bfe 99,99?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 5 (poz. 3, 10):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Pytanie 6 (poz. 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z polimerowym zatraskiem wykonanej z fep z portem do dodatkowych wstrzyknień w rozmiarach:

18 G	1,3 x 45	100 ml/min
18 G	1,3 x 32	105 ml/min
20 G	1,1 x 32	61 ml/min
20 G	1,1 x 25	65 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 7 (poz. 10):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z filtrem bakteryjnym 0,2um?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 8 (poz. 10):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Pytanie 9 (poz. 11, 12):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala 50ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 (poz. 13-16):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z tłokiem w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tłok w kolorze niebieskim, bez zmiany pozostałych parametrów.

Pytanie 11 (poz. 16):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia strzykawek po 80 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Części 1:

Pytanie 12 (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści Sterylną wodę Respiflo w nawilżaczu rezerwuarowym jest stosowana do inhalacji i tlenoterapii. Jej zastosowanie ułatwia podawanie leków i nie jest szkodliwe dla pacjenta oraz aparatury. Stosowanie wody sterylnej gwarantuje prawidłowy przebieg leczenia.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Zbiornik wykonany z polipropylenu ma wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów i węży. Można go również połączyć z drenem tlenowym. Nawilzacze rezerwuarowe zapewniają wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność nawilżania. Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami, dzięki czemu pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i występują na większej powierzchni wody stosowanej w inhalacji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13 (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści Sterylna woda o poj. 500ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14 (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15 (poz. 4, 5):

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne wew. Folia, zew. Papier-folia?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 16 (poz. 8):

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem 8ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17 (poz. 15):

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory jednorazowe zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18 (poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z dwoma znacznikami głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19 (poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z elastycznego PVC bez silikonowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20 (poz. 18):

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela wykonane z PE (polietylenu) pozbawianego ftalanów?

Odpowiedź: Tak.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnle.pl
www.wsnle.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Pytanie 21 (poz. 19):

Czy Zamawiający dopuści worki z pojedynczym zgrzewem uszczelniającym worek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22 (poz. 20):

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana

Beata Musialik