



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnle.pl
www.wsnle.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 24.06.2021 r.

AZP.250.01.10.2021

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - sterylne**”.

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Transport powinien być świadczony zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, poz. 186 ze zmianami) oraz warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 2:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Odpowiedź: Transport powinien być świadczony zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, poz. 186 ze zmianami) oraz warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 3:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Transport powinien być świadczony zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, poz. 186 ze zmianami) oraz warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 4 (dot. poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym, średnica 7.0 do 9.0 (w zależności od potrzeb szpitala), wykonana z elastycznego PVC bez zawartości lateksu, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, podwójny znacznik głębokości w postaci półpierścieni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 (dot. poz. 19):

Czy Zamawiający dopuści worek z podziałką co 100ml, wykonany z PCV bez zawartości lateksu, drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do cewnika, z poprzecznym zaworem odpływu dennego. Dren o długości 110 cm. Jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku. Port do pobierania próbek. Pojemność worka 2 000 ml. Możliwość stosowania do 7 dni. Dren 110 cm. Klamra zaciskowa na drenie. Tylina biała ściana. Zastawka antyzwrotna. Nazwa producenta na worku pozwalająca na identyfikację produktu po użyciu. Po wykorzystaniu przekazać do utylizacji. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Chronić przed światłem słonecznym. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaprośzenia.

Pytanie 6 (dot. poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści Sterylną wodę Respiflo w nawilzaczu rezerwuarowym jest stosowana do inhalacji i tlenoterapii. Jej zastosowanie ułatwia podawanie leków i nie jest szkodliwe dla pacjenta oraz aparatury. Stosowanie wody sterylnej gwarantuje prawidłowy przebieg leczenia.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnle.pl
www.wsnle.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Zbiornik wykonany z polipropylenu ma wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów i węży. Można go również połączyć z drenem tlenowym. Nawilżacze rezerwuarowe zapewniają wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność nawilżania. Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami, dzięki czemu pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i występują na większej powierzchni wody stosowanej w inhalacji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7 (dot. poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści Sterylna woda o poj. 500ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8 (dot. poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 (dot. poz. 4, 5):

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne wew. Folia, zew. Papier-folia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 (dot. poz. 8):

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem 8ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11 (dot. poz. 15):

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory jednorazowe zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12 (dot. poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z dwoma znacznikami głębokości w postaci dwóch półpięścieni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13 (dot. poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z elastycznego PVC bez silikonowania?



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14 (dot. poz. 18):

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela wykonane z PE (polietylenu) pozbawianego ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15 (dot. poz. 19):

Czy Zamawiający dopuści worki z pojedynczym zgrzewem uszczelniającym worek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16 (dot. poz. 20):

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 (dot. poz. 16):

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne wskaźnik AQL 0,65?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18 (dot. poz. 4):

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya posiadający balon o objętości 5 – 15 ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19 (dot. poz. 11):

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające oznaczenie rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankiety na korpusie (zamiast na baloniku)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia.

Pytanie 20 (dot. poz. 11):

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski posiadały zabezpieczenie zastawki barwione kolorystycznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia.

Pytanie 21 (dot. poz. 16):

Czy zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne o wskaźniku AQL = 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia..



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnle.pl
www.wsnle.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Pytanie 22 (dot. poz. 17):

Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną posiadającą znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23 (dot. poz. 19):

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu nieposiadający podwójnego zgrzewu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści worki z pojedynczym zgrzewem uszczelniającym worek.

W załączeniu poprawiony Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1.1 do Zaproszenia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana w Lublinie
dr n. med. Krzysztof Knefel
specjalista psychiatra