

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część 1 – Materace (1 pozycja)

Okres obowiązywania umowy: **do 12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Opis i wymagane parametry	Harmonogram dostaw
1	Materac	60	<p>Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020</p> <p>Materac szpitalny o wymiarach 190-200/85/10 -13.</p> <p>Wkład materaca: Pianka poliuretanowa, typ pianki T-25-30 kg/m3.</p> <p>Tkanina pokrywająca materac: dzianina poliestrowa. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu, posiadający następujące właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny),</li> <li>- odporny na przenikanie mikroorganizmów</li> <li>- oddychający, paroprzepuszczalny</li> <li>- wykonany z niepalnego materiału,</li> <li>- możliwość prania w temp do 95 st. C,</li> <li>- czyszczenia przy użyciu dowolnych środków chemicznych niezawierających chloru</li> <li>- suszenie w bębnie do 120 st. C,</li> <li>- pokrowiec z zamkiem z dwóch stron.</li> </ul> <p>Materac musi spełniać normę PN-EN 597-1 lub BS7175</p> <p>Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.</p>	<p>- pierwsza dostawa (12 szt.) do 15.12.2021r.</p> <p>- pozostałe dostawy realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych w terminie <b>7 dni roboczych</b> od dnia złożenia zamówienia</p>

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Część 1 – Termometr lodówkowy (1 pozycja)

Okres obowiązywania umowy: **do 12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Opis i wymagane parametry	Harmonogram dostaw
1	<b>Termometr lodówkowy</b>	15	Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 Termometr lodówkowy elektroniczny, dokładność 0,5°C w zakresie pomiarowym -10°C do 40°C, posiadający dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej, sygnalizacja niskiego stanu baterii, odporny na kurz brud i wodę, zakres pomiaru -30° do 70°, wyświetlacz LCD Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.	- dostawy realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych w terminie <b>7 dni roboczych</b> od dnia złożenia zamówienia