



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 26.01.2022 r.

AZP.250.01.02.2022

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku**”.

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Dotyczy części nr 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści maskę z 3 warstw włókniny o łącznej gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną sklasyfikowaną jako wyrób medyczny klasy I, posiadającą zgodnie z klasyfikacją deklarację zgodności oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz posiadającą certyfikat badania na zgodność z normą EN 14683:2019 + AC:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 2

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SSMMS PP+PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez troków w kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez troków wewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlp.pl
www.wsnlp.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w okolicy karku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany po 1 sztuce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min. 45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy fartuch chirurgiczny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I, posiadający zgodnie z klasyfikacją deklarację zgodności oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m² – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019 Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2
- lamowany pod szyją,
- zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
- wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
- w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

- oznakowanie znakiem CE
- pakowany po 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia dla części 2, w załączeniu poprawiony Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1.2.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. dr. Emila Cyrana

Beata Musialik

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT