



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu

Lubliniec, dnia 23.05.2017

Nr sprawy: DZP.382.04.2017

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, wyposażenia i sprzętu medycznego”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

8) dotyczy części 13, poz. 1

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne niewyposażone w półkę na pościel? Mechanizm śrubowy do regulacji segmentu oparcia pleców zlokalizowany jest pod leżem od strony nóg pacjenta, co uniemożliwia zamontowanie półki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szczyty metalowe, lakierowane proszkowo wypełnione są płytą laminowaną o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 470 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0- 60°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0- 65°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o udźwigu 220 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o udźwigu 200 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

dotyczy części 13, poz. 2

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne niewyposażone w półkę na pościel? Mechanizm śrubowy do regulacji segmentu oparcia pleców zlokalizowany jest pod leżem od strony nóg pacjenta, co uniemożliwia zamontowanie półki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
wsnlc@gazeta.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szczyty metalowe, lakierowane proszkowo wypełnione są płytą laminowaną o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 470 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0- 60°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0- 65°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o udźwigu 220 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o udźwigu 200 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 980 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

dotyczy części 13, poz. 3

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną której blat główny, wysuwana półka, szuflada, drzwiczki oraz cała konstrukcja wykonane są z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji tworzywowej wyposażoną w haczyki na ręcznik i/lub rzeczy pacjenta po obydwu stronach szafki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną ze składanym do boku blatem bocznym o konstrukcji metalowej lakierowanej, w której również front szuflady i drzwiczki wykonane są z lakierowanej stali, a blat boczny oraz blat główny z tworzywa ABS z podwyższonymi krawędziami? Szafka posiada relingi z dwóch stron.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową przejezdną, w której kontener zamykany drzwiczkami wyposażony jest w półkę o stałej wysokości oraz miejsce na butelkę 1,5l?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

12) dotyczy wzoru umowy

Pytanie 20: Umowa, §9, pkt 1.2; Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy w zakresie kar umownych za nieterminową realizację z: „

1.2. w wysokości 0,5% wartości towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;”

na

„1.2. w wysokości 0,3% wartości towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 21: *Rozdział 4, pkt. 3.3;* Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie terminu dostawy wynoszący 12 tygodni dla pakietu 13? Producent łóżek i szafek oferuje 12-tygodniowy okres dostawy ze względu na fakt, iż asortyment produkowany jest pod zamówienie klienta

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 22: *Część 13, poz. 4;* Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie parawanu mieszczącego się w zakresie wysokości 180cm-195cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, w opisie nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający poprawia opis w poz. nr 4 zał. 1.13: „*Parawan medyczny dwuczęściowy, przejezdny. Wypełnienie z materiału łatwego do utrzymania w czystości białe lub w jasnym, pastelowy kolorze.*

Wysokość 180-195cm.

Szerokość pojedynczej części 90-100cm.”

W załączeniu poprawiony zał. nr 1.13.

Pytanie do SIWZ oraz UMOWY:

Pytanie 23: *Część 13, poz. 1-2;* Prosimy Zamawiającego o określenie w umowie minimalnej liczby zamawianych łóżek przy jednorazowym zamówieniu na 5 sztuk ze względu na wysoki koszt dostawy 1 sztuki łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez wprowadzenie w paragrafie 2 punktu 8 o brzmieniu: „**Minimalna ilość łóżek przy jednorazowym zamówieniu wynosić będzie 10 szt. (dotyczy części 13).**”. W pozostałym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian, a numeracja kolejnych punktów niniejszego paragrafu ulega zmianie.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
dr Henryk Kromolowski